



Neuss, den 12.03.2021

Sehr geehrter Kunde,

zurzeit erreichen uns vermehrt Anfragen bezüglich der Vergleichbarkeit der verschiedenen FFP Masken der Serie 3M Aura ohne Ventil: Folgende Masken sind grundsätzlich baugleich:

3M Aura 1862+  
3M Aura 9320+  
3M Aura 9320D+

Die Masken der Serie Aura 1800+ sind insbesondere für den medizinischen Bereich vorgesehen und somit zum Teil als medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) nach der EN 14683 zugelassen und unterliegen somit zusätzlichen Prüfungen und Hygieneanforderungen.

Bei den Masken Aura 9320+ und Aura 9320D+ handelt es sich um Masken von verschiedenen Produktionsstandorten, was sich in den unterschiedlichen Produktbezeichnungen widerspiegelt.

Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen beantworten konnten.

Mit freundlichen Grüßen

**3M Deutschland GmbH**  
Arbeits- und Personenschutzprodukte  
Anwendungstechnik

i. A. Mario-Alexander Lehmann  
Specialist Application Engineering